

Eljárást megindító felhívás


2015. évi CXLI. tv. 113.§ (1) bek. szerinti eljárás

„Orvosi eszközök beszerzése”

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

/AJÁNLATKÉRŐ/

2018. március 22.



1. Az Ajánlatkérő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, képviselőjének neve

Országos Sportegészségügyi Intézet
székhely: 1113 Budapest, Karolina u. 27.
képviselő: Dr. Soós Ágnes főigazgató
tel: +36- 1-488-6100,+36-1-375-3292,
e-mail: gazdig@osei.hu
honlap: www.osei.hu

NUTS kód: HU 011

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, a beszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények

CPV: 33100000-0 orvosi eszközök

Beszerzés mennyisége:

Határozott idejű, 2 hónapos adás-vételi szerződés keretei orvosi eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

1. rész: EKG 8 db
2. rész: Speciális EKG 1 db
3. rész: félautomata defibrilátor 2 db
4. rész: fonendoscop 6 db
5. rész: Spirométer 1 db
6. rész: ABPM 3 db
7. rész: automata vérnyomásmérő 10 db
8. rész: vércukorszint mérő 1 db
9. rész: újraélesztő táska 2 db
10. rész: tejsavmérő 1 db
11. rész: testsúlymérő magasságmérővel 2 db
12. rész: szemészeti vizustábla 1 db
13. rész: vizeletvizsgáló automata 1 db
14. rész: érintésmentes infravörös lázmérő 3 db
15. rész: hőbefűvásokos lábmelegítő 1 db
16. rész: radiológiai uh berendezés 1 db

Az Ajánlatkérő csak eredeti csomagolású és gyári új áru leszállítását fogadja el.
Minimum a gyártó által vállalt garancia időt köteles az Ajánlattevő vállalni az ajánlatában a megajánlott eszközre vonatkozóan.

3. Az eljárás fajtája

2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: **Kbt.**), Harmadik rész, XVII. fejezet, 113.§ (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nyílt eljárás.

Összefoglaló tájékoztatást tett közzé az Ajánlatkérő 2018. március 12.-én a Közbeszerzési Hatóság oldalán.

Jelen eljárásban minimum 3 gazdálkodó szervezetet fel kell hívni ajánlattételre, mely gazdálkodó szervezeteket az Ajánlatkérő a piacon résztvevő gazdálkodó szervezetek közül

kijelölte, és a tájékoztatást a Kbt. szabályai szerint a Közbeszerzési Hatóságnak a kijelölt gazdálkodó szervezetekről megküldte.

4. Ajánlattételre jogosultak köre

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot akiket az Ajánlatkérő kiválasztott és felkért ajánlattételre, és azok akik egyébként a regisztrációs lap megküldésével az érdeklődésüket az eljárás iránt határidőben az Ajánlatkérőnek jelezték. Ezen gazdálkodó szervezeteknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást közvetlenül és egyidőben megküldte elektronikusan.

A gazdasági szereplő, amelynek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

A regisztrációs lap megküldése a gazdig@osei.hu e-mail címre a részvétel feltétele.

Ezzel együtt a honlapján az Ajánlatkérő térítés-, és korlátozásmentesen teljes terjedelemben elérhetővé teszi az eljárást megindító felhívás letöltését. Letöltés az alábbi helyről lehetséges: <http://www.osei.hu/index.php/component/content/article.html?id=83>

5. Közbeszerzési Dokumentum

Az Ajánlatkérő külön közbeszerzési dokumentumot készít.

6. A szerződés meghatározása

Határozott idejű adás-vételi szerződés.

A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap, mely a felek általi aláírás napja, vagy a Miniszterelnökség általi támogató (feltétellel támogató) tanúsítvány kiadásának a napja, amennyiben ez a nap a szerződés aláírása utáni.

A teljesítés helye:

Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest Karolina u. 27.)

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Mind a 16 rész esetében azonos:

Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint történik.

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. A nyertes Ajánlattevő szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számlájának kiegyenlítése az elfogadott és leigazolt teljesítést követően történik. A fizetési határidő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a számla kézhezvételét követő 60 naptári nap.

Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szabályai szerint kerül meghatározásra.

A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb feltételekre a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók. Egyéb vonatkozó jogszabályok: 2017. évi LIII. törvény.

A számla kiállítás és a kifizetés feltétele az Ajánlatkérő képviselője – főigazgató - által kiadott teljesítési igazolás.

Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről az Ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésre figyelemmel a késedelmi kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a késedelem oka a nyertes ajánlattevő hibájára vezethető vissza, azaz a késedelem okáért a nyertes ajánlattevő felelőssége megállapítható. A késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér összege a késedelemmel érintett áru ellenértékének 1%-a/nap, max. a nettó szerződéses ellenérték 5%-a. 5 napon túli késedelem esetén a Megrendelő elállásra és megghiúsulási kötbérre, valamint a felmerült kárának megtérítésére is jogosult.

Hibás teljesítési kötbér: Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésre figyelemmel a hibás teljesítési kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a hibás teljesítés oka a nyertes Ajánlattevő hibájára vezethető vissza, azaz a hibás teljesítés okáért a nyertes Ajánlattevő felelőssége megállapítható. Hibás teljesítési kötbér mértéke alkalmanként 10.000,- Ft, maximum a szerződéses nettó ellenértékének 5%-a a szerződés időtartama alatt.

Megghiúsulási kötbér: Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésre figyelemmel megghiúsulási kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes Ajánlattevő olyan okból szegi meg a szerződést amiért a felelőssége megállapítható. A szerződéses nettó ellenértékének 30%-a a mértéke a megghiúsulási kötbérnek.

A megghiúsulási kötbér érvényesítése mellett az Ajánlatkérő jogosult a felmerült és a kötbér mértékét meghaladó mértékű igazolt kárának a megtéríttetésére is.

Megghiúsulási és hibás teljesítési kötbér együttes alkalmazása kizárt.

Késedelmi kamat: Késedelmes fizetés esetén az Ajánlatkérőt terhelő késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat mértékével egyezik meg.

8. Az ajánlatok értékelési szempontjai

1. rész:

Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja, a legalacsonyabb ár (nettó Ft) szempontja szerint értékeli az ajánlatkérő az ajánlatokat. Az értékelés szempontja az adott rész teljes nettó ellenértéke azaz **összesen nettó Ft**

Az ajánlati ár megadásának pénzneme: HUF.

Értékelési szempont: Nettó ajánlati összár Ft

Súlyszám: 100

2. rész:

Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja, a legalacsonyabb ár (nettó Ft) szempontja szerint értékeli az ajánlatkérő az ajánlatokat. Az értékelés szempontja az adott rész teljes nettó ellenértéke azaz **nettó Ft**

Az ajánlati ár megadásának pénzneme: HUF.

Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár Ft

Súlyszám: 100

3. rész:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztására irányul az eljárás az alábbi szempontok szerint:

3.1. Nettó ajánlati összár Ft (előny a kevesebb) súlyszám:60

3.2. Szakmai szempontok: súlyszám: 20

3.2.1. Akkumulátor készenléti időtartama: min. 3 év max. vállalható 5 év. 3 év alatti vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlati elem között a pontkiosztás egyenes arányosítással történik. 5 év vagy e feletti vállalás esetén 10 pontot ér.	Előny a több S=10	
3.2.2. Audio rögzítés: min. 45 perc. Max. vállalható 60 perc. 45 perc alatti vállalással az ajánlat érvénytelen. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlati elem között a pontkiosztás egyenes arányosítással történik. 60 perc vagy e feletti vállalás egyaránt 10 pontot ér.	Előny a több Előny a több S=5 S=10	

Pontkiosztás módszere:

3.1. szempont esetében:

Értékelési módszer: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont 1. pont ba) pontja szerint, azzal, hogy a legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0 -10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint.

3.2.1., 3.2.2. értékelési szempontok esetében :

Értékelési módszer: az egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont 1. bb) pontja szerint. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot minden résszpont esetében a maximum 10 ponttal értékeli. A többi pontszám egyenes arányosítással kerül kiosztásra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0 - 10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}}}{A_{\text{legjobb}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P_{max}: a pontskála felső határa
P_{min}: a pontskála alsó határa
A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik , a matematikai kerekítés szabályai szerint

4.rész:

Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja, a legalacsonyabb ár (nettó Ft) szempontja szerint értékeli az ajánlatkérő az ajánlatokat. Az értékelés szempontja az adott rész teljes nettó ellenértéke azaz összesen nettó Ft

Az ajánlati ár megadásának pénzneme: HUF.

Értékelési szempont: Nettó ajánlati összár Ft
Súlyszám: 100

5.rész:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztására irányul az eljárás az alábbi szempontok szerint:

5.1. Nettó ajánlati összár Ft (előny a kevesebb) súlyszám:20

5.2. Szakmai szempontok: súlyszám: 10

5.2.1. Min. 3000 teszt tárolása, a	Előny a több	
---	---------------------	--

legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap. A 3000 teszt alatti ajánlat érvénytelen. A 6000 teszt vagy afeletti ajánlat 10 pontot ér, a többi ajánlat között a pontkiosztás egyenes arányosítással történik.	S=10	
--	------	--

Pontkiosztás módszere:

5.1.értékelési szempont esetében:

Értékelési módszer: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont 1. ba) pontja szerint, azzal, hogy a legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{(P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}} \cdot A_{\text{vizsgált}}$$

- P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
 P_{max} : a pontskála felső határa
 P_{min} : a pontskála alsó határa
 A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
 $A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint.

5.2.1. értékelési szempont esetében :

Értékelési módszer: az egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont 1. bb) pontja szerint. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot minden részpont esetében a maximum 10 ponttal értékeli. A többi pontszám egyenes arányosítással kerül kiosztásra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0 - 10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}}}{(P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}} \cdot A_{\text{legjobb}}$$

- P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
 P_{max} : a pontskála felső határa
 P_{min} : a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik , a matematikai kerekítés szabályai szerint

6. rész:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztására irányul az eljárás az alábbi szempontok szerint:

6.1. Nettó ajánlati összár Ft (előny a kevesebb) súlysám:75

6.2. Szakmai szempontok: súlysám: 30

6.2.1. 1 hetes vérnyomásmérési mód	Igen/nem S=10	
6.2.2. Alvási és ébrenléti ciklusok automatikus felismerése beépített aktivitás szenzorral	Igen/nem S=10	
6.2.3. Több mint.1000 vérnyomásmérés tárolása a memóriában	Igen/nem S=10	

Pontkiosztás módszere:

6.1.értékelési szempont esetében:

Értékelési módszer: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont 1. ba) pontja szerint, azzal, hogy a legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0 -10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} \cdot (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P_{max}: a pontskála felső határa
P_{min}: a pontskála alsó határa
A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint.

6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. értékelési szempont esetében:

igen: 10 pont

nem: 0 pont

7. rész:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztására irányul az eljárás az alábbi szempontok szerint:

7.1. Nettó ajánlati összár Ft (előny a kevesebb) súlysám:30

7.2. Szakmai szempontok: súlysám: 20

7.2.1. Memória: min. 100 mérés eredménye. Az ajánlat 100 mérés tárolása alatt érvénytelen, a legkedvezőbb ajánlat azaz a legtöbb mérési szám 10 pontot kap, a többi ajánlat a ponttartományon belül egyenes arányosítással kiosztott pontot kap. 600 mérés vagy afeletti vállalású ajánlat egységesen 10 pontot kap.	Előny a több S=10	
7.2.2. Reggeli és esti mérések heti átlagolása	Igen/nem S=10	

Pontkiosztás módszere:

7.1. értékelési szempont esetében:

Értékelési módszer: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont 1. ba) pontja szerint, azzal, hogy a legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa:0 -10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} \cdot (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint.

7.2.1. értékelési szempont esetében :

Értékelési módszer: az egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont 1. bb) pontja szerint. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot minden résszempont esetében a maximum 10 ponttal értékeli. A többi pontszám egyenes arányosítással kerül kiosztásra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0 - 10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}}}{A_{\text{legjobb}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
 P_{max} : a pontskála felső határa
 P_{min} : a pontskála alsó határa
 A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
 $A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint

7.2.2. értékelési szempont esetében:

igen: 10 pont

nem: 0 pont

8.rész:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztására irányul az eljárás az alábbi szempontok szerint:

8.1. Nettó ajánlati összár Ft (előny a kevesebb) súlysám:30

8.2. Szakmai szempontok: súlysám: 20

8.2.1. a mérés időtartama: max. 15 sec Mín. időtartam 5 sec. Az ajánlat érvénytelen, ha mérési idő hosszabb mint 15 sec. A legkisebb értékű ajánlat kap 10 pontot, A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap,a többi ajánlati elem között a pontkiosztás fordított arányosítással történik. 5 sec vagy annál rövidebb idő egyaránt 10 pontot kap.	Előny a kisebb $S=10$	
8.2.2. Méréstartomány: min. 1,1-30,5 mmol/l. Az 1,1 mmol/l alatti ajánlat érvénytelen. A legmagasabb értékű ajánlat kap 10 pontot A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap,a többi ajánlati elem között a pontkiosztás egyenes	Előny a több $S=10$	

arányosítással történik. A 30,5 mmol/l vagy annál magasabb értékű ajánlat egységesen 10 pontot kap.		
---	--	--

Pontkiosztás módszere:

8.1.értékelési szempont esetében:

Értékelési módszer: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont .1. ba) pontja szerint, azzal, hogy a legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0 -10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint.

8.2.1. értékelési szempont esetében:

Értékelési módszer: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont 1. ba) pontja szerint, azzal, hogy a legjobb ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0 -10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai

8.2.2. értékelési szempont esetében :

Értékelési módszer: az egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont 1. bb) pontja szerint. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot minden résszpont esetében a maximum 10 ponttal értékeli. A többi pontszám egyenes arányosítással kerül kiosztásra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0 - 10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}}}{A_{\text{legjobb}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P_{max}: a pontskála felső határa
P_{min}: a pontskála alsó határa
A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik , a matematikai kerekítés szabályai szerint

9.rész

Értékelés módszere:

Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja, a legalacsonyabb ár (nettó Ft) szempontja szerint értékeli az ajánlatkérő az ajánlatokat. Az értékelés szempontja az adott rész teljes nettó ellenértéke azaz összesen nettó Ft

Az ajánlati ár megadásának pénzneme: HUF.

Értékelési szempont: Nettó ajánlati összár Ft

Súlyszám: 100

10. rész

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztására irányul az eljárás az alábbi szempontok szerint:

10.1. Nettó ajánlati összár Ft (előny a kevesebb) súlyszám:20

10.2. Szakmai szempontok: súlyszám: 10

10.2.1. Min. 100 eredmény tárolása.100	Előny a több	
---	---------------------	--

eredmény tárolása alatti ajánlat érvénytelen. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlati elem között a pontkiosztás egyenes arányosítással történik. 300 vagy afeletti eredmény tárolása egységesen 10 pontot ér.	S=10	
---	------	--

Pontkiosztás módszere:

10.1.Értékelési szempont esetében:

Értékelési módszer: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont.1. ba) pontja szerint, azzal, hogy a legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0 -10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} \cdot (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint.

10.2.1. értékelési szempont esetében :

Értékelési módszer: az egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont. 1. bb) pontja szerint. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot minden részpont esetében a maximum 10 ponttal értékeli. A többi pontszám egyenes arányosítással kerül kiosztásra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0 - 10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}}}{A_{\text{legjobb}}} \cdot (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
 $A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint

11.rész:

Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja, a legalacsonyabb ár (nettó Ft) szempontja szerint értékeli az ajánlatkérő az ajánlatokat. Az értékelés szempontja az adott rész teljes nettó ellenértéke azaz **összesen nettó Ft**

Az ajánlati ár megadásának pénzneme: HUF.

Értékelési szempont: Nettó ajánlati összár Ft.
Súlyszám: 100

12. rész:

Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja, a legalacsonyabb ár (nettó Ft) szempontja szerint értékeli az ajánlatkérő az ajánlatokat. Az értékelés szempontja az adott rész teljes nettó ellenértéke azaz **összesen nettó Ft**

Az ajánlati ár megadásának pénzneme: HUF.

Értékelési szempont: Nettó ajánlati összár Ft.
Súlyszám: 100

13. rész:

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztására irányul az eljárás az alábbi szempontok szerint:

13.1. Nettó ajánlati összár Ft (előny a kevesebb) súlyszám:20

13.2. Szakmai szempontok: súlyszám: 10

13.2.1.: min. 60 teszt/óra 60 teszt/óra alatti ajánlat érvénytelen. A legelőnyösebb ajánlat, azaz a legtöbb teszt/óra 10 pontot kap, a többi ajánlat arányosan kevesebbet az egyenes arányosítás képlete szerint. A 720 teszt/óra vagy afeletti vállalás a maximális 10 pontot kapja	Előny a több S=10	
--	------------------------------	--

Pontkiosztás módszere:

13.1.értékelési szempont esetében:

Értékelési módszer: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont 1. ba) pontja szerint, azzal, hogy a legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0 - 10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} \cdot (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
 P_{max} : a pontskála felső határa
 P_{min} : a pontskála alsó határa
 A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
 $A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint.

13.2.1., értékelési szempont esetében :

Értékelési módszer: az egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont 1. bb) pontja szerint. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot minden részpont esetében a maximum 10 ponttal értékeli. A többi pontszám egyenes arányosítással kerül kiosztásra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0 - 10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}}}{A_{\text{legjobb}}} \cdot (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
 P_{max} : a pontskála felső határa
 P_{min} : a pontskála alsó határa
 A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
 $A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik , a matematikai kerekítés szabályai szerint

14. rész

Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja, a legalacsonyabb ár (nettó Ft) szempontja szerint értékeli az ajánlatkérő az ajánlatokat. Az értékelés szempontja az adott rész teljes nettó ellenértéke azaz **összesen nettó Ft**

Az ajánlati ár megadásának pénzneme: HUF.

Értékelési szempont: Nettó ajánlati összár Ft.
Súlyszám: 100

15. rész

Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja, a legalacsonyabb ár (nettó Ft) szempontja szerint értékeli az ajánlatkérő az ajánlatokat. Az értékelés szempontja az adott rész teljes nettó ellenértéke azaz **összesen nettó Ft**

Az ajánlati ár megadásának pénzneme: HUF.

Értékelési szempont: Nettó ajánlati összár Ft.
Súlyszám: 100

16. rész

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztására irányul az eljárás az alábbi szempontok szerint:

16.1. Nettó ajánlati összár Ft (előny a kevesebb) súlyszám:60

16.2. Szakmai szempontok: súlyszám: 30

16.2.1. Integrált gélmelegítő.	Igen/Nem S=10		
16.2.2. Color frekvencia külön megjelenítése a B-kép frekvenciától függetlenül.	Igen/nem S=10		
16.2.3. Gyorsindítási lehetőség, maximum 10 sec.	Igen/nem S=10		

Pontkiosztás módszere:

16.1. értékelési szempont esetében:

Értékelési módszer: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 2016. évi 147. szám) 1. sz melléklet A) pont 1. ba) pontja szerint, azzal, hogy a legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0 -10 pont.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P:	a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
$P_{\max}$:	a pontskála felső határa
$P_{\min}$:	a pontskála alsó határa
A_{legjobb} :	a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
$A_{\text{vizsgált}}$:	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint.

16.2.1.,16.2.2., 16.2.3. értékelési szempont esetében :

igen: 10 pont

nem: 0 pont

S= súlyszám

Ponttartomány minden rész és minden szempont és alszempont esetében: 0-10

9. Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, Alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az Ajánlattevőnek elegendő **cégszerűen aláírt nyilatkozatot az ajánlathoz csatolnia.**

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ ban foglalt kizáró okok hatálya alá eső Alvállalkozót, sem alkalmasság igazolására olyan gazdálkodó szervezetet aki a Kbt. 62.§ ban foglalt kizáró okok hatálya alá esik.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert Alvállalkozók megnevezését.

A kizáró okok tekintetében benyújtandó nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldésénél későbbi keltezésűnek kell lenni, figyelemmel azonban arra, hogy a kizáró okok igazolása tekintetében a Kbt. 114.§ (2) bekezdése is alkalmazandó

10. Gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek és megkövetelt igazolási mód

Nem ír elő az ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése értelmében gazdasági, pénzügyi alkalmassági követelményt.

11.Műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételek és megkövetelt igazolási mód

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság és megkövetelt igazolási mód:

M. 1. Az Ajánlattevőnek minden rész esetében amelyre ajánlatot tesz nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításairól, mely az adott rész tárgyával megegyező. A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontnak, a 21/A §-nak, 22§ (3a), és a 23.§-nak megfelelő módon kell a nyilatkozatot megtenni. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a leszállított darabszámot, nettó árat, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év/ hónap/nap - megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban vagy referencia nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.

A Kbt. 69. § (4) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Előzetesen az ajánlatban elegendő az Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági feltételeknek megfelel.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M. 1. Alkalmatlan az Ajánlattevő ha nem rendelkezik

- 1. rész esetében min. 4 db EGK értékesítésével**
- 2. rész esetében EKG értékesítéséből származó min. nettó 800.000 Ft összegű árbevétellel**
- 3. rész esetében min. 1 db defibrilátor értékesítésével**
- 4. rész esetében min. 3 db fonendoscop értékesítésével**
- 5. rész esetében Spirométer értékesítéséből származó min. nettó 300.000,- Ft árbevétellel**
- 6. rész esetében min. 1 db ABPM értékesítésével**
- 7. rész esetében min. 5 db vérnyomásmérő értékesítésével**
- 8. rész esetében vércukorszint mérő értékesítéséből származó min. nettó 4.000,- Ft árbevétellel**
- 9. rész esetében min. 1 db újraélesztő táskával értékesítésével**
- 10. rész esetében tejsavmérő értékesítéséből származó min. nettó 100.000,-Ft árbevétellel**
- 11. rész esetében min. 1 db testsúlymérő magasságmérővel értékesítésével**
- 12. rész esetében szemészeti vizustábla értékesítéséből származó min. nettó 50.000,-Ft árbevétellel**
- 13. rész esetében vizeletvizsgáló automata értékesítéséből származó min. nettó 300.000,-Ft árbevétellel**
- 14. rész esetében min. 1 db lázmérő értékesítésével**
- 15. rész esetében hőbefűvós lábmelegítő értékesítéséből származó min. nettó 400.000,-Ft árbevétellel**
- 16. rész esetében radiológiai uh berendezés értékesítéséből származó min. nettó 6.000.000,-Ft árbevétellel**

a vizsgált időszak alatt, azaz az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év időtartamában.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései.

Az ajánlatba becsatolni előzetes nyilatkozatként elegendő, hogy az Ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben egy ajánlattevő több részre is tesz ajánlatot, és a referencia több rész esetében is megfelelő, akkor ugyanaz a referencia több részre is benyújtható.

12. Ajánlati biztosíték

Az Ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot.

13. Részajánlat, alternatív ajánlat tételi lehetőség

Részajánlat tételi lehetőség: van. A 16 részre külön-külön is lehet érvényes ajánlatot tenni, az adott rész teljes mennyiségére.

Egy ajánlattevő akár minden részre is tehet érvényes ajánlatot.

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek szám maximum 16

Alternatív ajánlat tételi lehetőség: nincs.

14. Az ajánlattételi határidő

2018. április 04-én 10.00 óra

15. Az ajánlatok benyújtása

Az ajánlat benyújtásának címe:

Országos Sportegészségügyi Intézet 1113 Budapest, Diószegi u. 64. II. emelet gazdasági igazgatói iroda.

Leadható személyesen munkanapokon: 9-14.00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján 8-10.00 óra között közvetlenül vagy postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként.

A benyújtott ajánlatok átvétele:

Az Ajánlatkérő képviselője a személyesen eljuttatott ajánlatok átvételéről elismervényt ad.

Az ajánlattételi határidő után - akár egy perccel is - érkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő a Kbt. előírásai szerint jár el, a késve érkezett ajánlat az eljárásban nem vehet részt.

Az ajánlattételi határidő elmulasztásának okát az Ajánlatkérő nem vizsgálja.

A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az jelen eljárást megindító felhívásban megadott határideig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő összes kockázat az Ajánlattevőt terheli.

16. Fenntartott szerződés

Nem alkalmaz az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti szerződést.

17. Az eljárás nyelve

Az ajánlattétel nyelve: magyar, más nyelven nem nyújtható be érvényesen semmilyen irat, sem ajánlat. Amennyiben bármely irat nem magyar nyelven kerül becsatolásra, csatolni kell az Ajánlattevőnek mellé a felelős fordítást és a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerint.

18. Bontás

Az ajánlat(ok) felbontásának helye:

Országos Sportegészségügyi Intézet
1113 Budapest, Diószegi u. 64. II. emelet gazdasági igazgatói iroda.

Felbontás ideje: 2018. április 04-én. 10.00 óra

A felbontáson jelenlétre jogosultak:

Kbt. 68. § (1) bek. szerint.

19. Annak meghatározását, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el

Az Ajánlatkérő tárgyalást nem tart, tekintettel a lefolytatni kívánt eljárás fajtájára.

20. Szerződés

A szerződés típusa: Adásvételi szerződés

Időtartama: határozott időtartamra (2 hónap), a hatályba lépéstől.

Szerződéses árak: rögzített a szerződés időtartamára

21. Ajánlati kötöttség

A 320/2015. (X.30) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap az ajánlati kötöttség időtartama.

Kezdet: 2018. április 04.

22. Dokumentumok letöltése

A teljes közbeszerzési dokumentációt elektronikus úton elérheti térítés és korlátozás mentesen valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő Ajánlatkérő honlapján jelen eljárás tárgyának megnevezése pont alatt az alábbi linken:

<http://www.osei.hu>

Az ajánlattevők és az ajánlatkérő között a közbeszerzési eljárással kapcsolatban minden kommunikáció írásban, elsődlegesen elektronikus úton történik. Ennek érdekében az ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adnia az elektronikus levelezési címét.

23. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja

2018. március 22.

24. Műszaki leírás

Amennyiben az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, az egyes eszközök vagy azok bármely részének a megnevezését konkrét típusra hivatkozással adta meg, az csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében tette, azzal egyenértékű terméket is elfogad.

Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell az ajánlatában igazolnia.

1.rész:

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	EKG készülék	8 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
6 csatornás, 12 elvezetési EKG készülék hálózati és akkumulátoros üzemmóddal	
Valós idejű 12 elvezetési EKG készítése	
Beépített min 5,7 " WVGA színes képernyő, min. 12 EKG csatorna egyidejű megjelenítése	
4/6/12 csatorna megjelenítése a képernyőn	
Páciens adatok bevitele	
Teljes karakterkészletű saját billentyűzet vagy virtuális billentyűzet megjelenítése az érintőképernyőn	
Nagyfelbontású beépített hőírós nyomtató min 112 mm	
Papírsebesség választható 5/10/12,5/25/50 mm/sec	

Szűrők: 2,5/5/10/20 mV	
Menüvezérelt funkciók	
Külső, nyomtatóhoz csatlakozás, hogy A4-es méretben is nyomtathasson	
USB porton keresztül külső billentyűzet csatlakoztatás	
Automata aritmia, manuális és „Long term” üzemmódok	
Jelfeldolgozás: min: 1000 minta/mp/csatorna	
Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz min. 10.000 minta/mp/csatorna	
EKG paraméterek automata mérésére és kiértékelésére alkalmas szoftver	
EKG analízis szoftver (szöveges értékelés)	
Nem (férfi, nő) specifikus analízis	
Teljes aritmia analízis 30 mp, 1-15 percig	
RR analízis	
Az EKG vonalkód és mágneskártya olvasó funkcióval bővíthető	
Számítógéphez csatlakoztathatóság, min. LAN, soros port bővítés lehetősége	
Adatbázis kezelés: min. ID	
Memóriakártyával bővíthető min. 20.000 felvétel vagy 8 GB	
EKG felvételek tárolása belső memóriában min. 200 felvétel	
EKG tárolási forma min. pdf, xml	
EKG menedzsment rendszerbe integrálhatóság (későbbiekben ezzel a funkcióval opcionálisa bővíthető)	
Kétirányú kapcsolat EKG menedzsment rendszerrel: rendelés, adatlekérés, adatküldés (későbbiekben ezzel a funkcióval opcionálisa bővíthető)	
A készülék tömege max. 2,2 kg (akkumulátorral)	
Tartozékok: 1 db pácienskábel készlet elektródákkal 1 db végtagi elektróda készlet 1 db mellkas elektróda készlet 1 csomag EKG regisztráló papír	

2. rész:

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	<i>EKG készülék</i>	1 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
--------------------	-------------------------

12 csatornás, 12 elvezetési EKG készülék hálózati és akkumulátoros üzemmóddal	
Valós idejű 12 elvezetési EKG készítése	
Beépített min 8,5 " WVGA színes képernyő, min. 12 EKG csatorna egyidejű megjelenítése	
4/6/12 csatorna megjelenítése a képernyőn	
Páciens adatok bevitele	
Teljes karakterkészletű saját billentyűzet vagy virtuális billentyűzet megjelenítése az érintőképernyőn	
Nagyfelbontású beépített 12 csatornás hőírós nyomtató min 210 mm, A1 méret	
Papírsebesség választható :5/10/12,5/25/50 mm/sec	
Szűrők: 2,5/5/10/20 mV	
Menüvezérelt funkciók	
Grafikus kijelzés és riasztás az elektróda leesése esetén	
Automata, aritmia, manuális és „Long term” üzemmódok	
Jelfeldolgozás: min. 1000 minta/mp/csatorna	
Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz min. 10.000 minta/mp/csatorna	
EKG paraméterek automata mérésére és kiértékelésére alkalmas szoftver	
EKG analízis szoftver (szöveges értékelés) VPC, SVPC összefoglaló,	
Nem (férfi, nő) specifikus analízis	
Felnőtt, gyermek és újszülött (0-éves kortól) specifikus analízis	
Teljes aritmia analízis 30mp, 1-15 percig	

RR analízis	
Ischemia mérés bővítés lehetősége	
A.N.S.T. üzemmód	
Az EKG vonalkód és mágneskártya olvasó funkcióval bővíthető	
Számítógéphez csatlakoztathatóság, min. LAN, soros port bővítés lehetősége	
Adatbázis kezelés: min. ID	
Memóriakártyával bővíthető	
EKG felvételek tárolása min. 1000 felvétel	
EKG tárolási forma min. pdf, xml	
EKG menedzsment rendszerbe köthetőség (későbbiekben ezzel a funkcióval opcionálisan bővíthető)	
Kétirányú kapcsolat EKG menedzsment rendszerrel: rendelés, adatlekérés, adatküldés (későbbiekben ezzel a funkcióval opcionálisan bővíthető)	
A készülék tömege max. 4 kg (akkumulátorral)	
Tartozékok: 1 db páciens kábel készlet elektródákkal 1 db végtagi elektróda készlet 1 db mellkasi elektróda készlet 1 csomag EKG regisztráló papír	

3. rész:

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	<i>Félautomata defibrillátor</i>	2 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Előírt paraméterek	Súlyszám	Teljesített paraméterek
Félautomata külső defibrillátor (AED) reanimációhoz		
Hullámforma: impedancia kompenzált, bifázisos		
Felnőtt, gyermek és csecsemő újraélesztéshez egyaránt használható		

Energia: felnőtteknél legalább 180 J, gyermekeknél és csecsemőknél legalább 50 J		
Megvilágított bekapcsoló gomb		
Megvilágított shock leadó gomb		
Feltöltési idő a döntéstől a shockig kevesebb, mint 15 mp		
Magyar nyelvű hangüzenetek irányítják a készülék használatát		
Automatikus napi önteszt		
Felnőtt, gyermek és csecsemő elektródák egyben		
Egyszerhasználatos, öntapadós elektródák		
Akkumulátor kapacitása: min. 150 shockleadás		
Akkumulátor készenléti időtartama: min. 3 év	Előny a több S=10	
Akku lemerülés: hang és fényjelzés		
Min. 500 db 5 mp tartalmú EKG tárolása beépített memóriában		
Audio rögzítés: min. 45 perc	Előny a több S=10	
Adatok letöltése USB csatlakozón		
Készülék súlya akkumulátorral max. 2,5 kg		

4. rész:

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	<i>Fonendoszkóp</i>	6 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Klasszikus kétoldalas fonendoszkóp felnőttek általános vizsgálatához	
Hangolható membrán, mely lehetővé teszi mind az alacsony, mind a magas frekvenciájú hangok hallgatásához	
Rozsdamentes acél mellkasi hallgatófej	
Lebegő membrán	
Hőszigetelt peremek	
Egycsatornás csőrendszer, mely min. 60 cm hosszú	
Puha fülolívák	

5.rész:

	<i>Spirométer</i>	1 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		
Előírt paraméterek	Súlyszám	Teljesített paraméterek
A légzéssel kapcsolatos térfogatváltozások mérésére és regisztrálására szolgáló készülék		
Nem PC bázisú, kompakt hordozható kivitel, max. 2,5 kg tömegű		
Hálózati és akkumulátoros üzemmód.		
Egyetlen kilégzésből legalább 30 légzésfunkciós paraméter meghatározása		
a mért értékeket digitálisan és grafikusan kijelzi		
Beépített nyomtatóval.		
színes, grafikus képernyő, min 320*240 pixel		
Alfanumerikus és funkcionális billentyűzet		
VC (vitálkapacitás) teszt		
FVC (erőltetett vitálkapacitás) teszt		
MVV (maximális légzéskapacitás) teszt		
Pre és post bronhodilatáció protokoll átfolyás/ térfogat görbe összehasonlítás		
Minimum 6 kilégzés egyidejű ábrázolása a képernyőn		
Kalibrációt nem igénylő, többször használható digitális turbinás mérőfej		
Belső hőmérséklet érzékelő a mért értékek konverziójához		
Min. 3000 teszt tárolása	Előny a több S=10	
Áramlási érték: min. 15 l/s		
Áramlási pontosság: legalább 5%		
RS 232 PC-s adatátvitelhez, PC szoftverrel		
Tartozékok:		
e.h. papírcsutora min. 100 db		
Printer papír, min. 10 tekercs		
Vírus-/baktériumszűrő betét min. 50 db		
Orrcsipesz minimum 10 db		

6.rész:

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	<i>ABPM rendszer</i>	3 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Előírt paraméterek	Súlyszám	Teljesített paraméterek
Minimum 24 órás ambuláns vérnyomásmérés		
Programozható mérési időközök, különböző mérési időközű időtartományok programozhatóságának biztosítása		
1 hetes vérnyomásmérési mód	Igen/nem S=10	
Adatbetöltés kevesebb mint 1 perc alatt		
Windows alapú szoftver		
Magyar nyelvű szoftver		
Validált algoritmus BHS, AAMI szerint		
Az eredmények grafikus és táblázatos megjelenítése		
Alvási és ébrenléti ciklusok figyelembe vétele, dokumentálása		
Full disclosure megjelenítés		
Konfigurálható vizsgálati riport formátum		
Páciens adatbázis tárolása, különböző időpontban készült eredmények összehasonlítása, gyógyszerhatás vizsgálatok támogatása összehasonlítás lehetőségének biztosításával		
<u>Rekorder</u>		
Kis tömegű szilárdtest memóriás oszcillometriás mérési elvű klinikai ABPM egység, min 24 órás mérés		
Adatátvitel PC-re USB porton keresztül		
Mérési tartományok:		
Vérnyomás min. 30-280 Hgmm		
Pulzus min. 30-180/perc		
Passzív pontosság+/-3 Hgmm		
Tömege: kisebb mint 300 g teleppel		

együtt		
Eseménygomb kézi mérés indításhoz		
Alvási és ébrenléti ciklusok automatikus felismerése beépített aktivitás szenzorral	Igen/nem S=10	
Vérnyomástárolás min. 600 ABPM mérés		
Több, mint 1000 vérnyomásmérés tárolása a memóriában	Igen/nem S=10	
1-1 db Felnőtt normál és nagy méretű mandzsettával		
4 db újratölthető akkuval		

7.rész:

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	<i>Automata vérnyomásmérő</i>	10 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Előírt paraméterek	Súlyszám	Teljesített paraméterek
Felkaron mérő automata vérnyomásmérő		
Oszcillometriás mérési módszer		
Méréstartomány: min. 0-280 Hgmm		
Pulzus: legalább 40-180/perc		
Felhasználó választó gomb		
Legalább 2 felhasználó használhatja		
Memória: min. 100 mérés eredménye.	Előny a több S=10	
Reggeli és esti mérések heti átlagolása	Igen/nem S=10	
Szabálytalan szívverés érzékelő funkció		
Start/Stop gomb háttérvilágítással		
Jól olvasható kijelző		
Elemes működés, kapacitás: kb. 1000 mérés		
Mandzsetta: gyermek és felnőtt (normál és nagy vagy széles mérettartományú)		

8.rész

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	<i>Vércukorszintmérő</i>	1 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Előírt paraméterek	Súlyszám	Teljesített paraméterek
Egyszerűen használható, tesztsíkkal működő készülék		
Refraktometriás mérési módszer		
Mikroprocesszoros vezérlés		
Folyamatos önellenőrzés		
Hiba észlelése esetén hibaüzenetet küld		
a készülék a reagens csík behelyezésére bekapcsol		
a méréshez szükséges vérmennyiség: max. 2 µl		
A mérés időtartama: max. 15 sec	Előny a rövidebb S=10	
dátum és idő kijelzése		
Elem élettartama: min. 1000 mérés		
Méréstartomány: min. 1,1-30,5 mmol/l	Előny a nagyobb S=10	
Tömege: max.300 g		
Tartozék: 1 doboz tesztesík Ujjbegyszűrő 1 doboz láncza		

9.rész

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	<i>Újraélesztő táska</i>	2 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Vízálló műanyagból vagy vízlepergető anyagból készült táska, mely kézben és vállon hordható	
Nagy központi tárolóval, több külső és	

belső zsebbel	
Tartalma (minimálisan szükséges):	
2 literes oxigénpalack reduktorral, összekötő csővel és arcmaszkkal (1gyermek, 1 felnőtt méretű)	
Autoklávozható szilikon lélegeztető ballon felnőtt, 4-es maszkkal	
Autoklávozható szilikon lélegeztető ballon gyermek, 3-es maszkkal	
Mayo tubus 3 különböző méretben („0”- ás, „2”-es, „4”-es méret)	
szájterpesztő műanyag	
nyelvfogó műanyag	
ujjvédő fém	
Laringoszkóp, legalább 3 rm. lapoccal („0” Miller, „2” Machintosh, „4” Machintosh)	
Órás vérnyomásmérő	
Sztetofonendoszkóp	
Univerzális olló	
Taposó vagy kézi szívó	
3-3db leszívó katéter (6Ch, 8Ch, 10Ch, 12Ch, 16Ch)	
Magill fogó fém 2db (20cm gyermek és 25cm felnőtt)	
Pupillavizsgáló lámpa	
karszorító	

10. rész

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	<i>Tejsavmérő</i>	1 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Előírt paraméterek	Súlyszám	Teljesített paraméterek
Egyszerűen használható kézi eszköz		
A készülék bekapcsolása a szenzor behelyezésével történik, kikapcsolása annak kivételével történik		
Nagyon kis vérminta mennyiség szükség: kb. 0,2 µl		
A minta az ujjbegyből nyerhető a szenzor megérintésével		

Könnyen kalibrálható		
Automatikus önteszt		
a laktát mennyisége, dátum/idő, hőmérséklet és azonosító megjelenítése a kijelzőn		
Mérés időtartama: max. 10 mp		
Méréstartomány: legalább 0,5-25 mmol/l		
Az eredmények számítógépre továbbíthatók		
Min. 100 eredmény tárolása	Előny a több S=10	
Elemes működés, kapacitás: min. 1000 mérés		
Beépített Bluetooth		
Nagyon kis súly: max. 100 g		

11.rész:

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	<i>Testsúlymérő magasságmérővel</i>	2 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Min. 150 kg méréshatárig mérő digitális állványos személymérleg, magasságmérővel	
Nagy teherbírású, egyszerűen kezelhető, kis helyigényű felépítés	
Áramellátás: elemről és hálózatról (tápegységgel)	
Állványos (oszlopos) kivitel	
Digitális kijelzés	
Funkciók: TARA, HOLD, BMI	
Méréshatár: min. 150 kg	
Pontosság: min. 100 g	
Rá szerelt, kb. 2 m-es, 1 mm osztású magasságmérő rudazat	

12. rész:

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
-----------	------------	-----------------

	<i>Szemészeti vizustábla</i>	1 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		
Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek	
2 oszlopos		
Falra szerelhető		
Belső hidegfényű megvilágítás		
Olvasási távolság: 3 m vagy 5 m		
Fém ház		
Műanyag táblákkal		

13. rész:

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	<i>Vizeletvizsgáló automata</i>	1 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Előírt paraméterek	Súlyszám	Teljesített paraméterek
Kompakt, félautomata vizeletanalizátor		
Tesztcsíkokkal működik		
Az eredmények kinyomtathatók, számítógéphez csatlakoztatva archiválhatók		
Folyadék kristályos kijelző		
Külön jelöli a pozitív eredményeket		
min. 100 eredmény tárolása		
Páciens és felhasználó azonosítás vonalkódolvasóval vagy billentyűzetten keresztül		
Normál és gyors üzemmód		
min. 60 teszt/óra	Előny a több S=10	
Súlya: max. 1 kg		
Mért paraméterek: SG, pH, LEU, NIT, PRO, GLU, KET, UBG, BIL, BL		
1-1 csomag tesztcsíkkal és kalibráló csíkkal		

14. rész

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	Érintésmentes infravörös lázmérő	3 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Technológiai leírás:

Előírt paraméterek	Minimum követelmény	Teljesített paraméterek
Homlok-, vagy testfelület hőmérsékletének megállapítására, klinikai környezetben is.	igen	
Méréstartomány	min. 32,0-42,9 °C	
Pontosság	± 0,3 °C	
Méréstávolság	5-15 cm	
Tömeg:	max. 130 g	
LCD kijelző	Igen	
Az utolsó 30 mérési eredmény tárolása	igen	
Lázriasztás 37,5°C fölött	igen	

15. rész

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	Hőbefűvósos betegmelegítő	1 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Technológiai leírás:

Előírt paraméterek	Minimum követelmény	Teljesített paraméterek
Melegítőegység	Igen	
elektronikus vezérlésű melegítő egység	Igen	
Áramellátás 100-240 V AC	Igen	

Mérete	Kérjük megadni	
Súly	kb. 7 kg	
Flexibilis hőcsatrona	Igen	
Maximális felületi hőmérséklet	44,5 °C	
LCD kijelző	Igen	
Kijelzett hőmérséklet pontosság	+/- 1°C	
Riasztás	Igen	
Melegítő takarók	min. 200 db	

16. rész

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
	Radiológiai UH berendezés	1 db

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:

Technológiai leírás: Color-doppleres ultrahang diagnosztikai készülék

Előírt paraméterek	Minimum követelmény	SÚLYSZÁM	Teljesített paraméterek
Gyári monitor: min. 21,5" vagy nagyobb képtárló	Igen		
Monitor minden irányban forgatható, dönthető, karon mozgatható LCD monitor	Igen		
Monitor IPS technológiával	Igen		
Full HD felbontás	Igen		
Touch screen (érintő képernyős) vezérlés min. 10,1"	Igen		
Készülék súlya max.105 kg	Igen		
Integrált gélmelegítő. Előny ha igen	Igen/Nem Kérjük megadni!	S=10	
Képkalkotó tulajdonságok			
Digitális beamformer	Igen		
Dinamikatartomány min. 220 dB	Igen		

Frame rate 2D módban (rendszer adat) min. 499 frame /sec	Igen		
Mélységi erősítés min. 8 sávban állítható	Igen		
Általános radiológiai alkalmazás	Igen		
Hasi, légyszív, vascularis és ízületi alkalmazás	Igen		
Urológiai alkalmazás	Igen		
Automatikus képtimalizálás egy gombnyomásra egy adott időpillanatban	Igen		
Vizsgálati megjelenítési mélység min. 30 cm	Igen		
Digitálisan feldolgozott csatornák száma min.172.000	Igen		
Zoom maximum (real time és utólagos) min.8x	Igen		
Frekvenciaérték numerikus megjelenítése a vizsgálat alatt	Igen		
Képismétlési frekvencia numerikus megjelenítése vizsgálat közben	Igen		
Color frekvencia külön megjelenítése a B-kép frekvenciától függetlenül. Előny ha igen.	Igen/Nem Kérjük megadni!	S=10	
M mód, Color M-mód	Igen		
Color Doppler mód	Igen		
Maximális másodpercenkénti Color képszám (frame rate) min. 180	Igen		
Color MAP-ek szám min. 9 db	Igen		
Power Doppler mód	Igen		
Pulsed Wave Doppler üzemmód	Igen		
Változtatható 2D/Doppler képernyő felosztás PW módban min. 3 fajta	Igen		
Mintavételi kapu alsó határértéke max. 0,2 mm	Igen, kérjük megadni		
Mintavételi kapu felső határértéke min. 20 mm	Igen, kérjük megadni		
PRF alsó határértéke PW módban max. 300 Hz	Igen, kérjük megadni		
PRF felső határértéke PW módban min. 19000 Hz	Igen, kérjük megadni		
Continuous Wave Doppler üzemmód	Igen		
Triplex üzemmód	Igen		
Trapezoid képalkotás	Igen		
Szöveti felharmonikus megjelenítés	Igen		
Real time compound technika (pl. Sono MR, Sono CT,	Igen, kérjük megadni!		

Aplipure, HI Com vagy ezeknek megfelelő üzemmód), adja meg az üzemmód nevét			
Speciális zajszűrő algoritmus alkalmazása (pl. Xres, Precision Imaging, HI Rez+ vagy azzal egyenértékű üzemmód), adja meg az üzemmód nevét	Min. 3 fokozatban		
A képek egyenként és folyamatosan is visszajátszhatók	Igen		
Visszajátszható állóképek száma min. 2500	Igen, kérjük megadni		
Továbbfejlesztési lehetőségek			
Panoráma képalkotás	Igen		
Vizsgálófejek:			
Aktív képalkotó vizsgálófej csatlakozók száma min. 4 db	Igen		
Lineáris vizsgálófej lágyrész vizsgálatához			
Vizsgálófej megnevezése	Kérjük megadni		
Jeladó kristályok száma	Min. 192 db		
Teljes frekvenciatartomány sávszélessége	Min. 4.0 – 12.0 MHz		
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati mélysége	Min. 10 cm		
Lineáris vizsgálófej lágyrész vizsgálatához			
Vizsgálófej megnevezése	Kérjük megadni		
Jeladó kristályok száma	Min. 192 db		
Teljes frekvenciatartomány sávszélessége	Min. 8.0 – 16.0 MHz		
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati mélysége	Min. 5 cm		
Convex vizsgálófej			
Vizsgálófej megnevezése	Kérjük megadni		
Jeladó kristályok száma	Min. 128 db		
Teljes frekvenciatartomány sávszélessége	Min. 1,4-5 MHz		
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati mélysége	Min. 30 cm		
Opcionálisan bővíthető wi-fi kapcsolattal	Igen		
Opcionálisan bővíthető stress echo mérő programmal	Igen		
Opcionálisan bővíthető elasztográfiával	Igen		
Adattárolási tulajdonságok, egyéb paraméterek			

Gyorsindítási lehetőség, maximum 10 sec.Előny ha igen.	Igen/Nem Kérjük megadni	S=10	
Integrált háttértároló tárolókapacitása min. 500 GB	Igen		
Álló és mozgó képek tárolása a készülék beépített háttértárolójára	Igen		
Integrált DVD/CD író-olvasó	Igen		
Tárolás, exportálás lehetősége USB porton keresztül	Igen		
Fekete-fehér videoprinter on board vezérléssel	Igen		
PC kompatibilis (JPEG és AVI) formátumok	Igen		
Teljes DICOM kapcsolat (munkalista lekérdezés, stb.)	Igen		

17. Egyéb információk

Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a második legkedvezőbb Ajánlattevőt az eljárást lezáró összegezésben megnevezi.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli.

Az eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat nem alkalmazza egyik rész esetében sem.

Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében, az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a termék, a forgalomba hozatalához szükséges CE vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkezik. Amennyiben az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé (nem rendelkezik a termék ilyen tanúsítvánnyal) ez esetben kérjük hogy Ajánlattevő az ajánlatába csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméken a CE vagy ezzel egyenértékű jelölés elhelyezése TILOS, vagy nem lehetséges!

Ajánlattételükre számítunk!

Budapest, 2018. március 22.

